

MRI 問診票についてのご案内

平素より画像診断のご依頼いただきありがとうございます。
この度 MRI 検査の問診票を改訂いたしましたのでご案内させていただきます。

近年増加しておりますカラーコンタクト、ネイルアート、インスリンポンプ・持続グルコース測定機器の項目を追加しております。

カラーコンタクトは金属成分を含む製品があるため、検査当日は外してお越しいただくか、コンタクトケースの持参をお願いいたします。

ネイルアートには様々な種類がありますが、装飾のためのチャームなどが金属の場合、MRI 装置に吸着してしまう恐れがあるため除去してお越しいただくようお願いいたします。

また、近年増加しておりますマグネットネイルやジェルネイルにおいても金属成分が含まれていることが多く、火傷や変色、ネイルの剥離、焦げたようなニオイが生じるなどの危険性が指摘されております。そのため検査当日にはネイルアートは除去してお越しいただくようお願いいたします。

インスリンポンプ・持続グルコース測定機器は原則、MRI 検査室内に持ち込むことができません。そのため機器の取り換え予定日と検査日を同日にするなどの調整が必要となります。機器についてのお問い合わせは取り付けられた医療機関へご確認をお願い致します。

当日ネイルアートやインスリンポンプ等を除去されず来院された場合、MRI 検査ができないことがありますので、あらかじめご了承ください。

患者様用の案内も作成していますのでご活用ください。
ご不明な点がございましたら当院へお問い合わせください。
お手数おかけしますが、ご協力のほどよろしくお願ひいたします。

セントラル病院 放射線科